



Český metrologický institut
Okružní 31, 638 00 Brno



Notifikovaná osoba
č. 1383

tel. +420 545 555 111, fax +420 545 222 728, www.cmi.cz

CERTIFIKÁT ES PŘEZKOUŠENÍ TYPU

číslo: TCM 221/12 - 5004

List 1 z 7 listů

- Ve shodě:** se Směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2004/22/ES v platném znění implementovanou v České republice nařízením vlády č. 464/2005 Sb. v platném znění, kterým se stanoví technické požadavky na měřidla.
- Výrobce:** LOGAREX Smart Metering, s.r.o.
Belnická 813
252 42 Jesenice
Česká republika
- Pro:** elektroměr k měření činné energie - jednofázový
typ LK11xxx
třída přesnosti: A nebo B
třída mechanického prostředí: M1
třída elektromagnetického prostředí: E2
teplotní rozsah: -40°C...+70°C
- Platnost do:** 29. ledna 2023
- Číslo dokumentu:** 0511-CS-C006-13
- Popis měřidla:** Základní charakteristiky, schválené podmínky a speciální podmínky, jsou-li nějaké, jsou popsány v certifikátu.
- Datum vystavení:** 30. ledna 2013



Certifikát schválil:


RNDr. Pavel Klenovský